

「STD マイコプラズマ同定」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、標記検査項目につきまして、従来の測定試薬販売中止にともない、2023年1月31日(火)受付分より、代替試薬に変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

本変更にとまない、採取容器等の変更がございます。

尚、変更期日以降は、従来容器による検査の受託は出来ない為、十分注意していただきますよう宜しくお願い申し上げます。

先生方には、急なお知らせで大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2023年1月

【記】





◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名
5213	STDマイコプラズマ同定(初尿)
5261	STDマイコプラズマ同定(ぬぐい液)

変更期日：2023年1月31日(火)受付分より

※ 詳細は裏面をご参照下さい。

◇ 「STDマイコプラズマ同定」 変更内容

変更内容	新	従来
検査方法	リアルタイムPCR法	PCR/インベーター法
所要日数	3~4日	4~5日
内容	初尿 2mL	初尿 8mL
		
	ぬぐい液	ぬぐい液
		
備考	必ず単独検体としてご提出下さい。	同左

※ その他検査内容の変更はございません。

◇ 判定一致率

M.genitalium		従来法			
		陽性	検出せず	合計	
新法	陽性	53	0	53	陽性一致率 : 96.4%
	検出せず	2	25	27	陰性一致率 : 100.0%
	合計	55	25	80	判定一致率 : 97.5%

U.parvum		従来法			
		陽性	検出せず	合計	
新法	陽性	71	0	71	陽性一致率 : 100.0%
	検出せず	0	25	25	陰性一致率 : 100.0%
	合計	71	25	96	判定一致率 : 100.0%

M.hominis		従来法			
		陽性	検出せず	合計	
新法	陽性	46	0	46	陽性一致率 : 92.0%
	検出せず	4	25	29	陰性一致率 : 100.0%
	合計	50	25	75	判定一致率 : 94.7%

U.urealyticum		従来法			
		陽性	検出せず	合計	
新法	陽性	68	0	68	陽性一致率 : 90.7%
	検出せず	7	25	32	陰性一致率 : 100.0%
	合計	75	25	100	判定一致率 : 93.0%